

SERVICE BULLETIN

Dato: 29. april 1999

Fremkaldere med microstyring

Ændring af powerklemmer på relæprint

I oktober 1998 blev der indført en lille ændring på relæprint nummer 155469 og 155470. Ændringen består i, at powerklemmerne, hvori N R S T normalt er monteret, nu kun er en to-polet klemme til N og R. Det vil sige, at hvis der monteres et nyt print i en fremkalder fremstillet før oktober 1998 så skal de ledninger som tidligere var monteret i S og T blændes af, eventuelt med en kronmuffe. Se fig. 1 og 2.




Fig. 1. Gammelt relæprint.




Fig. 2. Nyt relæprint.

Vi gør opmærksom på, at det ovennævnte gælder alle GL 17", 29", 36", 54" og 65" fremkaldere.